

2022年1月5日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 免疫血清検査室

検査部回報 2022-No.2

尿素呼気試験 院内測定移行のお知らせ

尿素呼気試験は、下記期日より外注検査から院内測定に移行します。それに伴う測定方法および判定基準の変更はございません。検体採取につきましては、従来通り各診療科でお願い致します。

また、院内での測定結果と外注業者による測定結果は良好な相関を示しております。相関データはイントラネットの検査部ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

記

開始日：2022年1月11日（火）受付分より

変更項目：尿素呼気試験

**測定機器：炭酸ガス炭素同位体比分析装置
赤外分光分析装置 POCone Plus**

※オーダー画面、検査結果確認画面については次ページをご確認ください。

【オーダー画面】

*検査部【中央採血】⇒1. 通常検査

*1. 検査部【中央採血】	*2. 外注	*3. 輸血	*4. 病理	*5. 薬剤	*6. 各科【各科採血】	*7. 自
1. 通常検査 【受付時間】8:15から16:00まで						
2. 時間内緊急検査および外来迅速検査 【受付時間】8:15から16:00まで						
3. 時間外緊急検査 【受付時間】16:00から8:15まで						
4. 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)検査						

【免疫血清検査】⇒ 感染症

血液検査
血液・凝固・骨髄
血液細胞マーカー検査
赤血球沈降速度
出血時間
免疫血清検査
感染症
自己抗体、腫瘍マーカー、他
ホルモン

【検査結果確認画面】

検査結果サマリー - (テスト外来検査部)																			
確認(M) 報告書出力指示(P) 表示(D)																			
<input type="button" value="報告書"/> <input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="フォント"/> <input type="button" value="条件"/> <input type="button" value="セット"/>																			
採取日	依頼元	入/外	各科	血液	血清	生	遺	輸	薬	救	負	負	抗	一	外	外	一	抗	レ
							伝	血	劑	急	荷	原	般	注	注	般	酸	ポ	ー
							子							I	II	細	菌		

上記についてのお問い合わせは、免疫血清検査室（内線7414）までお願い致します。