


2/3 4:30頃より温度変動がみられたため、各CRAへ確認のため  
 治験薬を冷蔵庫④(ロカ-④⑩のモニタリング)から冷蔵庫⑥(ロカ-⑤⑬  
 のモニタリング)へ 2/3 10:30に移動した。その後冷蔵庫⑥には温度変動は  
 見られなかった。該当治験のCRA事務局には連絡し、全て対応は完了した。



表示範囲 2025-02-01 00:00:00 - 2025-02-03 16:00:00  
 計算範囲 2025-02-01 00:00:00 - 2025-02-03 16:00:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	9	15 min.	237	°C	8.5	5.3	6.8