

機材校正記録表

機材管理番号	D-010
機材名称	温度計 (バイオメディカルフリーザー (-20℃))

実施年月日	実施内容および結果	合格	有効期限	実施者	主任確認
2020年4月30日	標準温度計にて-24.17℃ 表示温度-25℃	合格	2021年4月29日	島本 2020.04.30 佳奈	白井 '20.05.03 哲也
2021年4月26日	標準温度計にて-24.68℃ 表示温度-25℃	合格	2022年4月25日	高田 2021.04.26 侑実	白井 '21.05.03 哲也
2022年4月25日	標準温度計にて-22.32℃ 表示温度-23℃	合格	2023年4月24日	高田 2022.04.25 侑実	白井 '22.05.01 哲也
2023年4月24日	標準温度計にて-23.10℃ 表示温度-23℃	合格	2024年4月23日	高田 2023.04.24 侑実	白井 2023.04.24 哲也
2024年4月23日	標準温度計にて-23.13℃ 表示温度-23℃	合格	2025年4月22日	海端 '24.04.23 亜季	白井 2024.04.23 哲也
2025年4月22日	標準温度計にて-24.62℃ 表示温度-25℃	合格	2026年4月21日	海端 2025.04.22 悟	白井 '25.04.22 哲也

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管