機材校正記録表

機材管理番号	D-011
機材名称	温度計（超低温フリーザー用）

実施年月日	実施内容および結果	合否	有効期限	実施者	主任確認
2020年6月4日	施設外校正済み温度計にて -76.38℃、表示温度-77.20℃	合格	2021年6月3日	島本 2020.06.04 佳奈	臼井 '20.06.08 哲也
2021年6月2日	施設外校正済み温度計にて -75.42℃、表示温度-76.34℃	合格	2022年6月1日	高田 2021.06.02 侑実	臼井 '21.06.11 哲也
2022年5月30日	施設外校正済み温度計にて -77.22℃、表示温度-78.20℃	合格	2023年5月29日	高田 2022.05.30 侑実	臼井 '22.05.30 哲也
2023年5月29日	施設外校正済み温度計にて -77.64℃、表示温度-78.50℃	合格	2024年5月28日	高田 2023.05.29 侑実	臼井 2023.05.29 哲也
2024年5月28日	施設外校正済み温度計にて -77.53℃、表示温度-78.40℃	合格	2025年5月27日	海端 '24.05.28 亜季	臼井 2024.05.28 哲也
2025年5月10日	施設外校正済み温度計にて -78.24℃、表示温度-79.91℃	合格	2026年5月9日	海端 2025.05.10 悟	臼井 '25.05.14 哲也

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管