

校正証明書

顧客名 長崎大学病院 薬品情報室

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: 温度・湿度データロガー	型式	: RTR-503L
製造番号	: 52BC9B9B	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年2月17日	管理番号	: AKFS24-6915
顧客管理番号: ①			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名 : 温度・湿度データロガー 型式 : RTR-503L
製造番号 : 52BC9B9B 製造者 : 株式会社ティアンドデイ
校正日 : 2025年2月17日 管理番号 : AKFS24-6915
環境温度 : 25℃ 校正者 : 元原 茂雄
調整 : あり / なし

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
ハンディ湿度温度計 MI70/HMP77B	ヴァイサラ株式会社 Z1120041/S2610187	MRI107 2025年11月17日
デジタル温度計/白金標準センサ ADS-100-HQ / PTP-150	株式会社 サーマポート 8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	MRI136 2025年4月9日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
20.0℃	19.7℃ ~ 20.3℃	19.9℃	良
[湿度]			
25℃ 65% RH	—	62% RH	—
*総合判定			良

[備考]

※湿度は、25℃ 50%の条件のみ良否判定を行い、その他のポイントは測定結果のみとなります。

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

