

校正証明書

顧客名 長崎大学病院 薬品情報室

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: 温度記録計	型式	: RTR-502L
製造番号	: 52BAD50F	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2025年2月17日	管理番号	: AKFS24-6918
顧客管理番号: ⑨			

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

[illegible]

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	: 温度記録計	型式	: RTR-502L
製造番号	: 52BAD50F	製造者	: 株式会社ティアンドディ
校正日	: 2025年2月17日	管理番号	: AKFS24-6918
環境温度	: 25℃	校正者	: 元原 茂雄
調整	: あり / なし		

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
温度計校正装置(JCSS校正)	AMETEK DENMARK	MRI1036
PTC-125B	662913-00275	2025年5月7日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.7℃ ～ 5.3℃	5.1℃	良
*総合判定			良

[備 考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区高屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

国家標準	産業技術総合研究所(AIST) 米国国立標準技術研究所(NIST)等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関
認定校正機関 JCSS等	八洲貿易株式会社 岡山キャリブレーションセンター
(JCSS校正) 標準器	温度計校正装置(JCSS校正) PTC-125B S/N 662913-00275 AMETEK DENMARK
常用標準器	
校正対象	温度記録計